

Infection Control Division | **Biological Indicators**

BT50 Spore strip biological indicator

For steam and formaldehyde sterilization processes



Usage

Monitoring 121-135 °C steam and formaldehyde sterilization processes.

Applicable regulation

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

ISO 11138-1:2017, ISO 11138-3:2017 and ISO 11138-5:2017.

Authorization

ANMAT (Argentinean National Administration of Drugs, Food and Medical Devices) PM 1614-1.

Classification

Class 1, according to risk (ANMAT).

Characteristics

25 mm x 70 mm non-absorbent material package. Brown code.

5 mm x 25 mm filter paper strip.

10⁶ *Geobacillus stearothermophilus* ATCC®* 7953 spores per strip.

Upon completion of the sterilization cycle, the spore strip should be tested in a suitable culture medium. Terragene S.A. suggests the use of Bionova® MC1020-2 culture medium.

Incubation conditions:

24 hours, between 55-62 °C for steam sterilization processes.

48 hours, between 55-62 °C for formaldehyde sterilization processes.

For conventional culture media like TSB, incubation for 7 days between 55-62 °C is recommended.

D-Value_{STEAM}: Not lower than 1.5 min. Conditions: 121 °C.

Z-Value_{STEAM}: Not lower than 6 °C.

D-Value_{FORM}: Not lower than 6.0 min. Conditions: 60 °C, 1 mol/l formaldehyde.

Environmental conditions during manufacture

T = 15-30 °C, RH = 30-80 %. Sterility conditions are necessary only during the inoculation process performed in laminar flow.

Storage conditions

T = 10-30 °C, RH = 30-80 %.

Transport conditions

Storage conditions should be followed.

Products should be transported in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent any risk for human health.

Shelf life

2 years.

Packing

100 units per aluminum foil bag.

*ATCC® is a registered trademark of American Type Culture Collection.

Infection Control Division | **Biological Indicators**

BT50 Spores strip biological indicator

For steam and formaldehyde sterilization processes



Labelling

On product's envelope: Product code and description, process for intended use, batch number, expiration date, bacterial strain and datamatrix code.

On product's packing: Product code and description, process for intended use, bacterial strain and load, batch number, manufacture and expiration date, presentation, regulation, storage conditions, manufacturer information, barcode and datamatrix code.

Possible target markets

Healthcare and Industry.

Other important information

It is advisable to incubate at 60 °C in Bionova® IC10/20 incubator.

Read product's instructions for use thoroughly before use.

Precautions

Do not store the product near sterilizing agents.

Do not expose this product to radiation, hydrogen peroxide or any sterilization process other than steam and/or formaldehyde.

División Control de Infecciones | Indicadores Biológicos

BT50 Indicador biológico en tira con esporas

Para procesos de esterilización por vapor y formaldehído



Uso previsto

Control de procesos de esterilización por vapor entre 121-135 °C y formaldehído.

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

ISO 11138-1:2017, ISO 11138-3:2017 e ISO 11138-5:2017.

Habilitación

ANMAT PM 1614-1.

Clasificación

Clase 1, de acuerdo al riesgo (ANMAT).

Características

Sobre de material no absorbente de 25 x 70 mm. Código marrón.

Tira de papel de filtro de 5 x 25 mm.

10⁶ esporas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC® 7953 por tira.

Luego de completarse el ciclo de esterilización, la tira con esporas debe ensayarse en un medio de cultivo adecuado. Terragene S.A. sugiere la utilización de los medios de cultivo Bionova® MC1020-2.

Condiciones de incubación:

24 horas, entre 55-62 °C para procesos de esterilización por vapor.

48 horas, entre 55-62 °C para procesos de esterilización por formaldehído.

Para medios de cultivo convencionales como TSB, se recomienda incubar 7 días entre 55-62 °C.

Valor D_{VAPOR}: no menor a 1,5 min. Condiciones: 121 °C.

Valor Z_{VAPOR}: no menor a 6 °C.

Valor D_{FORM}: no menor a 6,0 min. Condiciones: 60 °C, 1 mol/l formaldehído.

Condiciones ambientales de producción

T = 15-30 °C, HR = 30-80 %. Condiciones de esterilidad solo durante el proceso de inoculación que se realiza bajo flujo laminar.

Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 °C, HR = 30-80 %.

Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento.

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil

2 años.

Envase

100 unidades por bolsa de aluminio.

División Control de Infecciones | Indicadores Biológicos

BT50 Indicador biológico en tira con esporas

Para procesos de esterilización por vapor y formaldehído



Etiquetado

En el sobre del producto: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, lote, fecha de vencimiento, cepa bacteriana y código datamatrix.

En el envase: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, cepa y población bacteriana, lote, fecha de fabricación y de vencimiento, presentación, normativa, condiciones de almacenamiento, información del fabricante, código de barras y código datamatrix.

Posibles mercados de destino

Salud e industria.

Otra información relevante

Se recomienda incubar a 60 °C en las incubadoras Bionova® IC10/20. Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Precauciones

No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.

No exponer el indicador biológico a procesos de esterilización por radiación, peróxido de hidrógeno u otro proceso diferente al vapor y/o formaldehído.